



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DISPENSA 32/2016
PROCESSO 6363/2016

DO OBJETO

A **DISPENSA 32/2016** tem por objeto a “**AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR...**” em caráter de urgência, conforme o ANEXO I.

INFORMO QUE DEVIDO A URGENCIA, APÓS SER DECLARADO O VENCEDOR, A EMPRESA RECEBERÁ O CRONOGRAMA E TERÁ NO MAXIMO CINCO DIAS CORRIDOS PARA ENTREGA.

As empresas interessadas deverão entregar um **ÚNICO ENVELOPE** lacrado contendo a **PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO** na Sala da Comissão Permanente de licitação, **NO DIA 26 DE OUTUBRO 2016 AS 10:00 HORAS.**

| | |
|--------------------|--|
| ENVELOPE 1: | PREÇOS E DESCRIÇÃO TÉCNICA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS - PI DISPENSA 32/16, PROCESSO Nº 6363/16 |
|--------------------|--|

No envelope deverá conter a proposta e a documentação abaixo citada:

| | |
|----|---|
| Nº | CERTIDOES |
| 01 | CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO NEGATIVA |
| 02 | CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAIO |
| 03 | ANVISA: AUTORIZAÇÃO E CADASTRO |
| 04 | CERTIDAO DE REGULARIDADE DO FGTS |
| 05 | CERTIDAO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA |
| 06 | CERTIDAO DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO |
| 07 | CERTIDAO MUNICIPAL |
| 08 | ALVARA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL |
| 09 | REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA |
| 10 | LICENÇA SANITARIA ESTADUAL OU MUNICIPAL |
| 11 | INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA – CNPJ |
| 12 | DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRATA MENOR |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

| Nº | DESCRIÇÃO – CODIGO 8588 | UNIDADE | QUANT. |
|----|--|---------|--------|
| 01 | <p>INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 03 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO EM AUTOCLAVES ASSISTIDAS A VÁCUO. COMPOSTO POR UMA CÂMERA CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS(ATTCC 7953). A TIRA CONTENDO OS ESPOROS ESTÁ ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE E TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM ROTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. CAIXA COM 50 AMPOLAS. PRAZO DE VALIDADE: 02 ANOS. O INDICADOR BIOLÓGICO VEM COM INCUBADORA/ LEITORA ESPECÍFICA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA POR COMODATO.</p> | AMPOLA | 450,00 |

Teresina, 24 de outubro de 2016.

CLARICE MAURIZ LIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO